



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΔΡΑΓΑΝΑ, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΠΛΗΡ: Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΤΗΛ. 25513-53423**

Ημερομηνία : 21/09/2017
Αρ.πρωτ.: 19812

ΠΡΟΣ :

ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις)
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια Πλεγμάτων – Καθηλωτικών Εργαλείων για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης».

Το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι τίθενται σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές με αντικείμενο την προμήθεια Πλεγμάτων – Καθηλωτικών Εργαλείων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 22/09/2017 έως 06/10/2017, ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (www.pgna.gr).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΥΑΓ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	Πλέγματα για αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τεχνική Lichtenstein
1	Επίπεδα πλέγματα ημιαπορροφήσιμα αραιής πλέξης αποτελούμενα 50% από πολυπροπυλένιο και 50% από απορροφήσιμο υλικό πολυγλακτίνης 910 χρόνου απορρόφησης περίπου 80-120 ημερών. Σε διαστάσεις:
α	10X15εκ (+/- 2εκ)
β	15X15εκ.,(+/- 2εκ)
γ	30X30εκ. (+/- 2εκ)
2	Επίπεδα προσχηματισμένα πλέγματα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο πυκνής πλέξης με απορροφήσιμα άγγιστρα καθήλωσης, διαστάσεων: 8X12 εκ (+/- 2εκ)
3	Πλέγματα για αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τεχνική Rutkow & Robbins
α	Σετ βουβωνικού κώνου, από ξεχωριστό προσχηματισμένο κώνο και προσχηματισμένο πλέγμα με οπή από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, σε τέσσερις τουλάχιστον διαστάσεις, με εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν, ειδικό για τεχνική MILLICAN. Να κατατεθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει ότι ο κώνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τεχνική Millican.
β	Medium
γ	Large
δ	Extra Large
4	Σετ προσχηματισμένου πλέγματος και κώνου από πολυεστέρα αραιής πλέξης με δακτύλιο απορροφήσιμων άγγιστρων περιμετρικά του κώνου με διαμέτρους κώνου:
α	6 εκ (+/- 2εκ)
β	8 εκ (+/- 2εκ)
5	Πλέγματα αυτοεκπτυσσόμενα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο μη απορροφήσιμο, με δακτύλιο με μνήμη επαναφοράς διακοπτόμενο σε ένα σημείο για σταθεροποίηση και τοποθέτηση του πλέγματος γύρω από το σπερματικό τόνο. Σε διάφορες διαστάσεις. Να κατατεθεί βιβλιογραφία.
α	14x7 εκ.(+/- 2εκ)
β	15x10 εκ.(+/- 2εκ)
6	Σετ ημι-απορροφήσιμου επίπεδου πλέγματος και κώνου , που να αποτελείται από επίπεδο μη-προσχηματισμένο πλέγμα από πολυπροπυλένιο & απορροφήσιμες ίνες πολυγλυκαπρόνης διαστάσεως 7 X 14 cm και ίδιας πλέξης κώνο σχήματος V με επιπλέον ραβδώσεις από μεμβράνη πολυμερούς πολυδιοξανόνης.
α	Διάμετρος κώνου 4 εκ.

β	Διάμετρος κώνου 5 εκ.
	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ - ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ
7	Επίπεδα πλέγματα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης. Σε διαστάσεις:
α	10X15εκ (+/- 2εκ)
β	15X15εκ (+/- 2εκ)
γ	15X20εκ (+/- 2εκ)
δ	20X25εκ. (+/- 2εκ)
ε	30X30εκ.(+/- 2εκ)
8	Πλέγμα χαμηλού προφίλ από ePTFE και διπλό μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης, ελαφριάς δομής με διάκενα 4mm, ενωμένα με ράμμα από ePTFE για λαπαροσκοπική χρήση. Κάθε διάκενο να περιέχει διασταύρωση δύο ινών για καλύτερη ινοβλάστηση. Να συνοδεύεται από συσκευή για την αναδίπλωση και τοποθέτηση του πλέγματος. Σε διάφορες διαστάσεις.
α	20X25εκ.(+/- 2εκ)
β	25X35εκ.(+/- 2εκ)
9	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο , διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με εξτρά θήκη- πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα ,πράσινου χρώματος που να λειτουργεί ως ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης , επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του πλέγματος. Διαστάσεων :
α	15X20εκ.(+/- 2εκ)
β	20X30εκ.(+/- 2εκ)
γ	25X20εκ.(+/- 2εκ)
10	Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο , με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα με ένα εξτρά πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου πολυεστέρα πράσινου χρώματος στο κέντρο για διευκόλυνση προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ , από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων :
α	15X20εκ.(+/- 2εκ)
β	20X25εκ.(+/- 2εκ)
γ	30X20εκ.(+/- 2εκ)

12	Αυτοεκπτυσσόμενα μη απορροφήσιμα πλέγματα ς από ePTFE και μονόκλωνο πολυπροπυλένιο ενωμένα με ράμμα και με ενσωματωμένο δακτύλιο με μνήμη επαναφοράς. Σε διαστάσεις:
α	6X6εκ.(+/- 2εκ)
β	8X8εκ.(+/- 2εκ)
γ	14x18cm (+/- 2εκ)
δ	20x25cm (+/- 2εκ)
12	Αυτοεκπτυσσόμενο ημι-απορροφήσιμο πλέγμα από πολυπροπυλένιο, πολυδιοξανόνη, πολυγλακτίνη και οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη ς για αποκατάσταση ομφαλοκηλών σε διαστάσεις:
α	4X4εκ.(+/- 2εκ)
β	6X6εκ.(+/- 2εκ)
13	Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από αντισυμφητικό φιλμ υδρόφιλου κολλαγόνου που εκτείνεται 5mm περιμετρικά του πλέγματος και από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα μεγάλων πόρων, με ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA, τέσσερα πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. Διαμέτρου :
α	6εκ.(+/- 2εκ)
β	8εκ.(+/- 2εκ)
14	Μόνιμο δερματικό χειρουργικό μόσχευμα 100% ακυτταρικό, με δυνατότητα επαναγγείωσης και αποικισμού από οργανικά κύτταρα. Ετοιμο προς εξωπεριτοναϊκή και ενδοπεριτοναϊκή χρήση δίχως να απαιτείται εφύγρανση. Αποστειρωμένο με γ' ακτινοβολία. Κατάλληλο για χειρουργικές επεμβάσεις ανάταξης κηλών, ενίσχυσης κοιλιακών τοιχωμάτων, στομίων και γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Να προσφέρεται σε πάχος 1,5 mm και σε διάσταση :
α	20x30 cm
β	5x10 cm
15	Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτης χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με ράμμα. Το πλεγμα αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, από πολυδιοξανόνη και αντισυμφητική επικάλυψη πολυγλυκαττρόνης. Διαστάσεις:
α	10X10 εκ.(+/- 2εκ)
β	15X20 εκ.(+/- 2εκ)
γ	15X25 εκ.(+/- 2εκ)
δ	20X30 εκ.(+/- 2εκ)

ε	25X35 εκ.(+/- 2εκ)
16	Καθηλωτικό πλέγματος με 30 απορροφησιμες βίδες από PGLA με ένδειξη σωστής τοποθέτησης και δυνατότητα κάμψης του στείλεού 90 μοιρών .
17	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με κυρτό στυλεό για ανοιχτές επεμβάσεις μήκους τουλάχιστον 20 εκ. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 απορροφήσιμα κλίπ (από πολυδιοξανόνη/πολυγλακτίνη σχήματος διπλής άγκυρας με διπλά σημεία για ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγματος.
18	Καθηλωτικό πλεγματος με 30 κλιπς σε σχημα βιδας, απο ανοξειδωτο ατσάλι με επικαλυμμενο ακρο για την αποφυγη συμφυσεων και με ένδειξη των καταναλωθεντων κλιπς
	ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
19	Κολπική ταινία ελεύθερης τάσης από μονόκλωμο προπυλένιο 1,1X4,5 εκ. με πλαστικό περίβλημα ασφαλείας σε όλο το εύρος, για ακράτεια ούρων. Η ταινία να είναι τοποθετημένη ανάμεσα σε δύο ελικοειδείς εισαγωγείς μιας χρήσεως. Να τοποθετείται με τεχνική διαμέσου του θυρεοειδούς τρήματος αποκλειστικά εκ των έσω προς τα έξω.
20	Πρόσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση κυστεοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο, εξαιρετικά ελαφρύ $\leq 20\text{g/m}^2$, σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Το σετ να περιλαμβάνει ειδικό εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά ράμματα 0-0 και 2-0 .
21	Υποουρηθρικές ταινίες τύπου mini sling για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας ούρων.