

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ**

**Ποιοτικός έλεγχος λευκαφαίρεσης**

1. Αντιδραστήριο καταμέτρησης εναπομεινάντων λευκοκυττάρων σε λευκαφαιρεμένα παράγωγα αίματος με τη μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής. **100test/έτος**
2. Ανίχνευση των ουδετεροφιλικών βιοδεικτών της ΝΕτωσης στα παράγωγα αίματος με τη μέθοδο ELISA( Quantify NETs in human samples with a newly introduced research use only ELISA). **4 kit των 96 test/έτος**

**Ποιοτικός έλεγχος συμπυκνωμάτων αιμοπεταλίων που λαμβάνονται με αφαίρεση**

Για ποιοτικό έλεγχο των ασκών αιμοπεταλιοαφαίρεσης συνιστάται να προσδιοριστεί:

1. Ποσοτικός έλεγχος της διαλυτής ανθρώπινης γλυκοπρωτεΐνη VI (SGPVI)

με τη μέθοδο ELISA **2 kit 180 test/έτος**

2. Ανάλυση της ποιότητας των αιμοπεταλίων με τη Μέθοδο Κυτταρομετρίας Ροής με τη χρήση των αντισωμάτων:

- PE anti-human CD41 Antibody **200 test/έτος**
- FITC-conjugated human lactadherin antibodies **200 test/έτος**

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/EE,CEMARK.
- Να έχουν ημερομηνία λήξης >1 χρόνο