



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.15 14:00:25
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Α154690Ω3-Μ3Ξ

Αλεξανδρούπολη, 14-11-2016
Αρ. Πρωτ.:25408

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ταχ. Δ/ση : 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής
Πληροφορίες : Ελευθεριάδης Παύλος, Μαργαρίτη Βασιλική
Τηλέφωνο : 2551353423
e-mail : prosfores@pgna.gr
website : <http://www.pgna.gr>

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Αναισθησιολογικού Συγκροτήματος

Το Πα.Γ.Ν. Έβρου - Νοσηλευτική Μονάδα: Πα.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια διαβούλευσης με αντικείμενο τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τη **Προμήθεια Αναισθησιολογικού Μηχανήματος (κωδικός CPV 33172000-6)**

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών καθώς και κάθε άλλος επίσημος φορέας καλούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας τυχόν παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του ανωτέρω είδους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (από 12/11/2016 έως και 22/11/2016).

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.pgna.gr. Η υποβολή τυχόν παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνουν στην Ελληνική Γλώσσα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: prosfores@pgna.gr ή με την εισαγωγή σχολίου στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας www.pgna.gr. (επιλογή «Προσθήκη Σχολίου»)

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου - Νοσηλευτική Μονάδα Πα.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Ελευθεριάδης Παύλος - Μαργαρίτη Βασιλική. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2551-3-53423, e-mails: pelefteriadis@pgna.gr & vmargariti@pgna.gr

Υπεύθυνος υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Νοσοκομείου: Διεύθυνση Πληροφορικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. Έβρου

Δημήτριος Αδαμίδης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Το ίδιο προμήθεια αναισθησιολογικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστές, κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών (ενήλικες, παιδιά, νεογνά) χωρίς καμία αλλαγή των συστημάτων του.
2. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με σύστημα πέδησης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτει αντισεισμικό χάρτη, επιφάνεια γραφής, λυχνία φωτισμού, πολύσπαστο βραχίονα στήριξης σωλήνων/καλωδίων, επιφάνεια για την τοποθέτηση μόνιτορ ή άλλων συσκευών και ρεζιματολήπτες για την τροφοδοσία περιφερικών συσκευών.
3. Να αποτελείται από τα ακόλουθα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου:
 - α. Κυρίως μηχανήμο αναισθησίας
 - β. Αναπνευστήρα
 - γ. Μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων
 - δ. Μόνιτορ αιμοδυναμικών παραμέτρων
 - ε. Δύο εξερωτήρες (αεβοφλουρανίου και δεσφλουρανίου)
4. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας κάτω από ευρείες συνθήκες παροχής αερίων και ηλεκτρικού δικτύου. Επιθυμητή η δυνατότητα συνέχισης του μηχανικού αερισμού όγκου ή και πίεσης με αέρα περιβάλλοντος, σε περίπτωση πτώσης της πίεσης των αερίων της κεντρικής εγκατάστασης και ταυτόχρονα εξάντλησης των εφεδρικών φιαλών.

Β. ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

1. Να φέρει σωλήνες με μη ανταλλάξιμες συνδέσεις για τροφοδοσία από κεντρική παροχή αερίων O_2 , N_2O και πεπιεσμένου αέρα συμβατούς με το σύστημα παραγωγής αερίων του Νοσοκομείου. Επίσης, να φέρει εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας O_2 και N_2O και ισάριθμες εφεδρικές φιάλες με κωδικοποίηση Pin Index.
2. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις ή μονόμετρα στην πρόσβαση όψη του μηχανήματος για την πληροφόρηση του χειριστή αναφορικά με τη σωστή τροφοδοσία του μηχανήματος από την κεντρική παροχή αερίων και τα περιεχόμενα των εφεδρικών φιαλών.
3. Να διαθέτει απαραίτητως ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης και ρύθμισης φρέσκων αερίων έως 15l/min περίπου (με ευκαταβίως ρύθμιση της συνολικής ροής φρέσκων αερίων και της επί της 100 συγκέντρωσης O_2) κανό για την κάλυψη των απαιτήσεων της Low και Minimal Flow αναισθησίας. Να διαθέτει και ψηφιακά ροόμετρα για την απεικόνιση ενημέρωση του χειριστή.
4. Να διαθέτει σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης συγκέντρωσης O_2 στα φρέσκα αέρια όχι μικρότερης του 25% όταν επιλέγεται μίγμα φρέσκων αερίων O_2/N_2O , καθώς και αποκοπή του N_2O όταν διακοπεί η τροφοδοσία O_2 . Στην περίπτωση πτώσης της πίεσης του O_2 το μηχανήμα να μεταπίπτει αυτόματα σε λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα.
5. Να διαθέτει αυτόματη ανάλυση των περιπτώσεων συναγερμών, αποκλίσεων ή διαλυτομεγών και αυτόματα κατάταξη και απεικόνισή τους, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Να διαθέτει απαραίτητως απηχοσκοπικό συναγερμό για: α) μη σωστή πίεση τροφοδοσίας O_2 β) κατά λεπτό αερισμό γ) πίεση αεραγωγών δ) διακοπή ε) άνω α) σφάλμα του αναπνευστήρα.
6. Να φέρει σύστημα προστασίας δύο (2) ενεργών εξερωτήρων για χορήγηση αναισθητικών αερίων, με βιολογική ασφάλεια που να αποκλείει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο εξερωτήρων.

