



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών

Αλεξανδρούπολη: 12-09-2018
Αρ. Πρωτ.:19040

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ταχ. Δ/ση : 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής
Πληροφορίες : ΚΕΣΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο : 2551353341
e-mail : prosfores@pgna.gr
website : <http://www.pgna.gr>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

**Θέμα: Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου Φαρμακολογίας»**

Το Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα: Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια Α' Διαβούλευσης με αντικείμενο τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου Φαρμακολογίας» (CPV:33696500-0).

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών καθώς και κάθε άλλος επίσημος φορέας καλούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας τυχόν παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του ανωτέρω είδους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (από 13/09/2018 έως και 27/09/2018).

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου Φαρμακολογίας» (CPV:33696500-0) μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου www.pgna.gr. Τυχόν σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα μπορείτε να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ανωτέρω ιστοσελίδας «Προσθήκη Σχολίου».

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Κεσουδάκη Μαρία - Ελευθεριάδης Παύλος. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25513 53341, e-mails: prosfores@pgna.gr

Υπεύθυνος υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Νοσοκομείου: Διεύθυνση Πληροφορικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

**Η Διευθύντρια
Διοικητικής Υπηρεσίας**

Ε. Σαπουντζή

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

<u>A/A</u>	<u>ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ</u>
<u>1</u>	<u>ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ</u>
<u>2</u>	<u>ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ</u>
<u>3</u>	<u>ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ</u>
<u>4</u>	<u>ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ</u>
<u>5</u>	<u>ΓΕΝΤΑΜΙΚΙΝΗ</u>
<u>6</u>	<u>ΔΙΓΟΞΙΝΗ</u>
<u>7</u>	<u>ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ</u>
<u>8</u>	<u>ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ</u>
<u>9</u>	<u>ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ</u>
<u>10</u>	<u>ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ</u>
<u>11</u>	<u>ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ</u>
<u>12</u>	<u>ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ</u>
<u>13</u>	<u>ΤΑΚΡΟΛΙΜΟΥΣ</u>
<u>14</u>	<u>ΤΟΜΠΡΑΜΥΚΙΝΗ</u>
<u>15</u>	<u>ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ</u>
<u>16</u>	<u>ΦΑΙΝΥΤΟΙΝΗ</u>

Επιπρόσθετα, διενεργείται και έλεγχος των επιπέδων των παρακάτω απαγορευμένων ουσιών.

<u>A/A</u>	<u>ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ/ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ</u>
<u>1</u>	<u>ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ</u>
<u>2</u>	<u>BENZODIAZEΠΙΝΕΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ</u>
<u>3</u>	<u>ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ</u>
<u>4</u>	<u>ΚΟΚΑΙΝΗ</u>
<u>5</u>	<u>ΟΠΙΟΥΧΑ</u>
<u>6</u>	<u>ΑΙΘΑΝΟΛΗ</u>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο συνοδός αναλυτής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι τύπου Random Access (τυχαίας επιλογής δείγματος και αντιδραστηρίου).
2. Να έχει κατά το δυνατό μικρό όγκο & να είναι επιτραπέζιος
3. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 200 φωτομετρικών εξετάσεων την ώρα.
4. Να δέχεται δείγματα ορού, πλάσματος, ούρων, ΕΝΥ, Ολικού αίματος
5. Να έχει την δυνατότητα STAT (επειγόντων) δειγμάτων χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας και χωρίς να αφαιρούνται τα δείγματα ρουτίνας.
6. Να φέρει δειγματολήπτη τουλάχιστον 60 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης.
7. Να έχει ψυγείο ή άλλο σύστημα συντήρησης αντιδραστηρίων
8. Να εκτελεί τουλάχιστον 20 διαφορετικές παραμέτρους ταυτόχρονα από ένα δείγμα.
9. Να είναι όλα τα αντιδραστήρια έτοιμα για χρήση.
10. Η φόρτωση αντιδραστηρίων να γίνεται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αναλυτή.
11. Να χρησιμοποιεί κυβέττες μίας χρήσης.
12. Να ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των αντιδραστηρίων με αυτόματη ειδοποίηση για τυχόν προβλήματα.
13. Να ανιχνεύει την ποσότητα του δείγματος αυτόματα και να ειδοποιεί για τυχόν έλλειψη.
14. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θρόμβων στο δείγμα, με ταυτόχρονη απόφραξη του ρύγχους δειγματοληψίας.
15. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών.
16. Να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών κατά προτίμηση μέσω MODEM.
17. Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα των προσφερόμενων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με τον αναλυτή η οποία να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.
18. Να συνοδεύεται από υπολογιστή, εκτυπωτή, πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων ασθενών στα Ελληνικά, UPS και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του.
19. Να εκτελεί αυτόματα προαραιώσεις και αραιώσεις για αποτελέσματα εκτός ορίων
20. Τάση λειτουργίας 220 V.
21. Να εκτελεί τις αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις.
22. Να προσδιορίζει επίπεδα φαρμάκων με τη μέθοδο της φθοροπολοσιμετρίας